自家消費用食品の放射性物質簡易測定結果 （測定年月日　平成30年7月分）

検査結果の見方について

■測定機器 NaI：NaIシンチレーション検出器を用いた簡易測定(測定時間：30分)
Ge ：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマー線スペクトロメトリーによる核種分析法(測定時間不定)
※市で行った簡易測定の結果,放射性セシウム(134、137合計)が 50Bq/kg以上検出されたものについては,外部機関による
ゲルマニウム半導体検出器での検査結果を表示しています。
■不検出　不検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

■下記の検査結果には、流通品・市販品は含まれておりません。

【単位はベクレル/キログラム(Bq/kg)】

No.	測定日	採取日	品名	採取地区		測定機器	セシウム（134+137合計値）	検出限界値（134+137合計値）	備考
1	7月13日	7月13日	すもも	大間々町	上神梅	NaI	**不検出**	20	
2	7月19日	7月19日	みょうが	東町	草木	NaI	**不検出**	22	
3	7月19日	7月17日	シイタケ	東町	沢入	NaI	**143※**	―	
4									
5									
6									
7									
8									